



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/21-11-2023/295883286

Действительно до 20 ноября 2024 г.

Средство измерений Весы электронные лабораторные, тип L 610D, модификация L 610D, госреестр № 14007-90
наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер 38060056
заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ 8.520-84
наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов 3.1.ZMA.0253.2015;
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов Температура окружающего воздуха: 21,9 °С; Относительная влажность: 34,9 %;
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-295883286>

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель

Салтыков А. Л.

фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник сектора, сектор №1 (444-1)

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Белашев Д. Г.

фамилия и инициалы

Дата поверки

21 ноября 2023 г.