



RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/16-11-2022/201869338

Действительно до 15 ноября 2023 г.

Средство измерений	<u>Весы электронные лабораторные, тип L 610D, модификация L 610D, госреестр № 14007-90</u> <i>наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений</i>
заводской номер	<u>38060056</u> <i>заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение</i>
в составе	<u>-</u>
поверено	<u>в полном объеме</u> <i>наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки</i>
в соответствии с	<u>ГОСТ 8.520-84</u> <i>наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка</i>
с применением эталонов	<u>3.1.ZMA.0253.2015;</u> <i>регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам</i>
при следующих значениях влияющих факторов	<u>Температура окружающего воздуха: 21,5 °С; Относительная влажность: 30,2 %;</u> <i>перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений</i>

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-201869338>

*Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

Поверитель

Салтыков А. Л.

*фамилия и инициалы*

Знак поверки



Начальник сектора, сектор №1 (444-1)

*должность руководителя или другого уполномоченного лица*

*подпись*

Белашев Д. Г.

*фамилия и инициалы*

Дата поверки

16 ноября 2022 г.